

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Opis przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia nr 4

Lp.	Oznaczeni	Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu)	Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)	Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)	Dodatkowe informacje	Jednostka miary	Ilość	Numer pracowni wg PFU
1.	4	Miernik uniwersalny	Napięcie AC/DC: Natężenie AC/DC: Rezystancja: Pojemność elektryczna: Częstotliwość: gwarancja	400.0mV – 1000V 400.0μA – 10A 400.0Ω – 40.00MΩ 4.000nF – 200.0 μF 9.999Hz – 9.999MHz minimum 5 lat	Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE.	szt	5	0.15
2.	4	Multimetr	Napięcie stałe Napięcie zmienne gwarancja	200 mV-2-200-200-1000VDC 2-20-200-1000 V ACV minimum 5 lat	Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE załącznik Załącznik nr 7, cz. 4, poz. 2	szt	5	0.15
3.	4	Multimetr uniwersalny	Zakres pomiaru rezystancji Zakres pomiarowy częstotliwości Zakres pomiarowy pojemności gwarancja	0.1 Ω - 50 MΩ 0.01 Hz - 100 kHz 1 nF - 9999 μF 5 lat	minimum Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE załącznik Załącznik nr 7, cz. 4, poz. 3	szt	3	3.12
4.	4	Przetworniki C/A - DAC oraz ADC	Napięcie zasilania: Niski pobór prądu: w trybie pomiaru ciągłego Programowalna prędkość próbkowania:	od 2,0 V do 5,5 V 150 μA od 128 sps do 3,3 ksps	Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE. załącznik Załącznik nr 7, cz. 4, poz. 4	szt	1	3.6
5.	4	Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej	Napięcie pomiarowe Zakres pomiaru rezystancji uziemienia Zakres pomiaru napięcia AC gwarancja	100V/250V/500V/1000V 0,1...200/2000Ω, 1...500V minimum 5 lat	Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE. załącznik Załącznik nr 7, cz. 4, poz. 5	szt	6	3.12