Załącznik nr 7, cz. 2, poz. 2- 3

L.p.	**Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu**	**Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)**	**Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu**)	**Dodatkowe informacje**
2 3	Mikroskop metalograficzny	Parametry techniczne i cechy urządzenia. Dodatkowe wyposażenie: pokrowiec	Mikroskop dolnostolikowy lub odwrócony, binokularowy optyka korygowana do nieskończoności obserwacja w świetle odbitym w polu jasnym ,ciemnym i świetle spolaryzowanym powiększenie mikroskopu 40x do 400x okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia min. 18 mm z regulacją rozstawu źrenic w zakresie od 50 do 80 mm oraz regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii obiektywy planachromatyczne o powiększeniu 4x, 10x, 20x, 40x rewolwer na cztery obiektywy stolik krzyżowy, przesuwny o wymiarach min. 100x100 mm przesuw stolika w osi X i Y min. 50x50 mm regulacja ostrości: współosiowa makro/mikro (podziałka 2µm) oświetlenie halogenowe min. 20W lub LED min. 3W pokrowiec kabel zasilający zapasowa żarówka analizator i polaryzator do obserwacji w świetle spolaryzowanym instrukcja obsługi w języku polskim	Urządzenie nowe. Wymagana zgodność z dyrektywami UE - oznaczenie CE.